▪ 본 제품은 의료기기입니다.
▪ 허가(인증·신고)번호: 서울수신13-1919호
▪ 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피해 실온에 보관

■ 사용방법

1) 경추 보장구, 즉 목 보호대의 후면 반쪽 (목 둘레에 "BACK" 이라고 표시된 쪽)을 뒷 목 둘레를 감싸게 하여 위치를 맞추어 놓습니다.
2) 그리고 나서, "Front"라고 표시된 나머지 반쪽인 전면을 목 앞부분에 적용하여 뒤 부분 후면 반쪽 부분과 겹쳐지게 놓고 턱 부분을 받쳐주어 기댈 수 있게하여 턱을 고여줍니다.
3) 후크를 잠그고 벨크로 스트랩(일명 찍찍이)을 고리모양으로 감아 고정시킵니다.

■ 사용시 주의사항

1) 본 제품은 반드시 의료인 또는 본 제품을 사용할 수 있는 교육을 받은 자에 의해서만 사용되어져야 한다.
2) 환자의 경추 부분의 움직임을 방지하기 위해 환자의 머리 및 목 부분이 적절히 움직이지 않게 하는 것이 중요하다.
3) 환자가 제품을 사용하고 있는 중에 제품을 임의로 조절하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)