▪ 본 제품은 의료기기입니다.
▪ 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-1486호
▪ 품목명: 지혈대

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

환자의 사지를 묶을 수 있는 끈이나 지혈만을 하는 튜빙 등으로 구성된 기구

■ 보관 또는 저장방법

습기가 없고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법



1. 후크의 금속 잠금 루프 부분을 해제.



2. 밴드를 클램프루프 부분에 삽입.

3. 출혈 부위에 착용하고 밴드를 타이트하게 당겨 클램프에 고정.



4. 출혈이 멈출 때까지 봉을 돌려 압박.

5. 봉을 클립 안에 넣어 고정.

6. 밴드를 둘러 봉 위로 덮는다.

7. 스트랩을 클립 위로 덮고 라벨에 시간 및 기재사항 기재.

■ 사용시 주의사항

1) 반드시 의료인 또는 지혈대 사용에 대한 교육을 받은 사람이 사용 할 것.
2) 지혈대를 장시간 사용시, 압박으로 인한 부작용이 발생 할 수 있으므로 주의.
3) 습기가 없고 건조한 곳에 보관.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)