▪ 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지) ▪ 허가(인증·신고)번호: 수신26-571호 ▪ 품목명: 경성후두경

작성연월 : 2026년 03월 16일

■ 사용목적

후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

■ 보관 또는 저장방법

-20℃ – 45℃ / 최대 95% (비응축)

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

(1) 사용 전 제품에 결함이 있는지 확인한다.

2) 조작방법





(1) 그림과 같이 블레이드 밑면의 고리를 핸들의 바 아래에 위치시켜 정상 작동하는 핸들에 선택한 블레이드를 장착한다.(a)

(2) 아래쪽/앞쪽으로 힘을 가해 단단히 고정한다.(b)

(3) 블레이드의 앞쪽 끝을 들어 올려 바 아래에서 딸깍 소리와 함께 잠길 때까지 올린다.(c)

(4) 블레이드가 제대로 장착되었는지 확인한다.

(5) 블레이드를 제거하려면 위의 절차를 반대로 수행한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 본 제품은 일회용이므로 재처리하거나 재사용하지 않는다.

(2) 해당 지역 의료폐기물 처리 지침에 따라 폐기한다.

(3) 작동 온도/습도: 10℃ - 40℃ / 95% (비응축)

(4) 운송 및 보관 온도/습도: -20℃ – 45℃ / 최대 95% (비응축)

■ 사용시 주의사항

1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.

2) 블레이드를 잘못 장착할 경우 블레이드가 손상되거나 기기가 오작동할 수 있다.

3) 권장 작동 온도 환경을 벗어나 사용할 경우 기기의 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 기기 및/또는 환자나 의료진에게 손상을 초래할 수 있다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)