▪ 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
▪ 허가(인증·신고)번호: 수신26-935호
▪ 품목명: 흡인용튜브·카테터

작성연월 : 2026년 04월 29일

■ 사용목적

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브·카테터

■ 보관 또는 저장방법

서늘하고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

1) 포장이 개봉되었거나 손상된 경우 사용하지 않는다.

나. 조작방법

1) 포장을 개봉하고 카테터를 꺼낸다
2) 튜브 끝을 흡인이 필요한 부위에 위치시킨다.
3) 커넥터를 흡인 장치에 연결한다.
4) 압력을 조절하면서 호흡 상태에 맞게 흡인을 시행한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

1) 본 제품은 일회용 의료기기로, 재멸균 또는 재사용할 경우 환자에게 위험을 초래할 수 있다.
2) 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
3) 제품 폐기 시에는 생물학적 위험 폐기물 관련 국가 규정을 준수하여 처리해야 한다.

■ 사용시주의사항

1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
2) 흡인 전 최소 30초 동안 100% 산소를 공급하여 산소 저장량을 증가시키고 흡인 중 저산소증 발생 가능성을 줄여야 한다.
3) 1회 흡인 시간은 15초를 초과하지 않아야 한다. 흡인 후에는 최소 1분 동안 100% 산소를 공급해야 한다.
4) 사용 전, 라벨에 표시된 치수, 길이, 형태 및 상태가 해당 제품과 시술에 적합하며 다른 기기와도 호환되는지 반드시 확인한다.
5) 유기용제에 노출시키지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)