▪ 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
▪ 허가(인증·신고)번호: 수신26-1867호
▪ 품목명: 구급소생마스크

작성연월 : 2026년 08월 14일

■ 사용목적

본 제품은 심폐소생 시 환자에게 산소를 투여하기 위해 코와 입에 설치하는 마스크이다. 구강 대 구강 소생법의 대체를 목적으로 하고 교차감염을 방지할 수 있다.

■ 보관 또는 저장방법

상대습도 85% 미만의 부식성 가스가 없는 통풍이 잘 되는 실내 선반에 보관해야 하며, 직사광선 및 강한 인공 자외선 조사에 노출되지 않도록 해야한다.

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

1) 본 제품은 적절한 교육을 받은 의료인 또는 응급처치 교육을 받은 사람이 사용하여야 한다.
2) 본 제품은 모든 환자에게 사용할 수 있다.

나. 사용방법



1) 가능한 경우 보호장갑을 착용한다. 밸브(필터)가 단단히 고정되어 있는지 확인한 후 마스크를 펼친다.
2) 성인 및 소아의 경우, 마스크의 아래쪽 가장자리를 아랫입술과 턱 사이에 위치시키고 마스크의 "코(Nose)" 표시가 환자의 코를 덮도록 위치시킨다.
3) 고무 밴드를 머리 뒤쪽으로 고정하여 마스크를 착용시키고, 환자의 머리를 뒤로 젖힌다.
4) 그림과 같이 마스크를 밀착시킨 후, 흉곽이 올라올 때까지 밸브를 통해 천천히 공기를 불어 넣는다.
5) 구조자의 입을 밸브에서 떼어 환자가 숨을 내쉴 수 있도록 한다. 심폐소생수(CPR) 지침에 따라 반복한다.
6) 영아의 경우, 마스크의 방향을 반대로 하여 코 부분이 턱 아래에 위치하도록 사용한다.

*참고: 환자가 구토할 경우 마스크를 제거하고 기도를 확보한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

1) 본 제품은 자발 호흡이 없는 환자에게 구강 대 마스크 방식으로 인공호흡을 제공하기 위하여 설계되었으며, 일회용 의료기기이므로 재사용을 금지한다.

2) 본 제품은 상대습도 85% 미만의 부식성 가스가 없는 통풍이 잘 되는 실내 선반에 보관해야 하며, 직사광선 및 강한 인공 자외선 조사에 노출되지 않도록 해야한다.
3) 본 제품 사용 후 의료기기 폐기물은 관련 법규 및 환경보호 요구사항에 따라 처리되어야 한다.

■ 사용시주의사항

1) 산소를 사용하는 경우에는 흡연하거나 불꽃 또는 스파크가 발생하는 장비 근처에서 사용하지 않는다.
2) 본 제품을 재사용할 경우 교차감염이 발생할 수 있다. 제품을 담그거나 헹구거나 세척하거나 고압증기멸균(Autoclave)하지 않는다. 이러한 과정은 제품에 유해한 잔류물을 남길 수 있다.
3) 충분한 교육을 받은 사람만 본 제품을 사용하여야 한다.
4) 사용 후에는 의료폐기물 관련 규정에 따라 폐기한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)